

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24.10.2018

№ 1983

**Об утверждении технологических карт на медицинские услуги:
рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) без
выдачи носителей информации; рентгенография стопы с функциональной
нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на CD-R и
рентгеновской пленке; рентгенография стопы с функциональной
нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на CD-R диске;
рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с
выдачей информации на CD-R диске и фотобумаге; рентгенография стопы
с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на
CD-R диске и фотобумаге; рентгенография стопы с функциональной
нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на фотобумаге;
рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с
выдачей информации на р/пленке**


В целях выравнивания стоимости одноименных платных медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Рязанской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить технологические карты: рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) без выдачи носителей информации; рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на CD-R и рентгеновской пленке; рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на CD-R диске; рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на CD-R диске и фотобумаге; рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на CD-R диске и фотобумаге; рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на фотобумаге; рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на р/пленке согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, проводить оказание платных медицинских услуг в соответствии с утвержденными технологическими картами.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя министра С.Б. Спивака.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'А' followed by a long horizontal stroke extending to the right.

А.А. Прилуцкий

Приложение
к приказу Минздрава
Рязанской области
от 24.10.2018 № 1983

Технологическая карта
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) без выдачи носителей информации
(наименование процедуры, услуги)

№ п/п	Содержание технологического процесса	Исполнитель		Используемое оборудование		Используемые медикаменты, перевязочные средства, малоценное оборудование и медицинский инструментарий	Используемые медикаменты, малоценное оборудование и медицинский инструментарий	Перечень нормативных документов
		Врач, медицинская сестра, санитарка	Время на 1 процедуру (мин.)	Наименование (по бухгалтерии с инвентаризационным номером)	Время работы (мин.)			
1.	Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой	Врач-рентгенолог	10	Установка цифровая рентгеновская диагностическая	0,7	Без использования носителя информации		Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 августа 1991 года № 132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики»
		Рентгенолаборант	10			Салфетка спиртовая	2 шт.	

Технологическая карта

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на CD-R и рентгеновской пленке
(наименование процедуры, услуги)

№ п/п	Содержание технологического процесса	Исполнитель		Используемое оборудование	Используемое оборудование		Используемые медикаменты, перевязочные средства, малоценное оборудование и медицинский инвентарий	Используемые медикаменты, перевязочные средства, малоценное оборудование и медицинский инвентарий	Перечень нормативных документов
		Врач, медицинская сестра, санитарка	Время на 1 процедуру (мин.)		Наименование (по бухгалтерии с инвентаризационным номером)	Время работы (мин.)			
1.	Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой	Врач-рентгенолог	10	Установка цифровая рентгеновская диагностическая	0,7	CD-R диск	1 шт.		Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 августа 1991 года № 132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики»
		Рентгенолаборант	10			Р/пленка 25x25 см	2 шт.		
						Салфетка спиртовая	2 шт.		

Технологическая карта
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на CD-R диске
 (наименование процедуры, услуги)

№ п/п	Содержание технологического процесса	Исполнитель		Используемое оборудование		Используемое оборудование, перевязочные средства, малоценное оборудование и медицинский инструментарий		Перечень нормативных документов
		Врач, медицинская сестра, санитарка	Время на 1 процедуру (мин.)	Наименование (по бухгалтерии с инвентаризационным номером)	Время работы (мин.)	Наименование	Кол-во на 1 процедуру (грамм, штук) указать	
1.	Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой	Врач-рентгенолог	10	Установка цифровая рентгеновская диагностическая	0,7	CD-R диск	1 шт.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 августа 1991 года № 132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики»
		Рентгенолаборант	10			Салфетка спиртовая	2 шт.	

Технологическая карта

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на CD-R диске и фотобумаге
(наименование процедуры, услуги)

№ п/п	Содержание технологического процесса	Исполнитель		Используемое оборудование		Используемые медикаменты, перевязочные средства, малоценное оборудование и медицинский инвентарий		Перечень нормативных документов
		Врач, медицинская сестра, санитарка	Время на 1 процедуру (мин.)	Наименование (по бухгалтерии с инвентаризационным номером)	Время работы (мин.)	Наименование	Кол-во на 1 процедуру (грамм, штук) указать	
1.	Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой	Врач-рентгенолог	10	Установка цифровая рентгеновская диагностическая	0,7	CD-R диск	1 шт.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 августа 1991 года № 132 «О совершенствовании и службы лучевой диагностики»
		Рентгенолаборант	10			Фотобумага формата А4	2 шт.	

Технологическая карта
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на фотобумаге
 (наименование процедуры, услуги)

№ п/п	Содержание технологического процесса	Исполнитель		Используемое оборудование		Используемые медикаменты, перевязочные средства, малоценное оборудование и медицинский инструментарий		Перечень нормативных документов
		Врач, медицинская сестра, санитарка	Время на 1 процедуру (мин.)	Наименование (по бухгалтерии с инвентаризационным номером)	Время работы (мин.)	Наименование	Кол-во на 1 процедуру (грамм, штук) указать	
1.	Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой	Врач-рентгенолог	10	Установка цифровая рентгеновская диагностическая	0,7	Фотобумага формата А4	2 шт.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 августа 1991 года № 132 «О совершенствовании и службы лучевой диагностики»
		Рентгенолаборант	10			Салфетка спиртовая	2 шт.	

Технологическая карта
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (в 2-х проекциях) с выдачей информации на р/пленке
 (наименование процедуры, услуги)

№ п/п	Содержание технологического процесса	Исполнитель		Используемое оборудование		Используемые медикаменты, перевязочные средства, малоценное оборудование и медицинский инструментарий			Перечень нормативных документов
		Врач, медицинская сестра, санитарка	Время на 1 процедуру (мин.)	Наименование (по бухгалтерии с инвентаризационным номером)	Время работы (мин.)	Наименование	Кол-во на 1 процедуру (грамм, штук) указать	Сроки использования инвентария (нормативные)	
1.	Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой	Врач-рентгенолог	10	Установка цифровая рентгеновская диагностическая	0,7	Р/пленка 20x25 см	1 шт.		Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 02 августа 1991 года № 132 «О совершенствовании службы лучевой диагностики»
		Рентгенолаборант	10			Салфетка спиртовая	2 шт.		